

CIRCULAR CLIENTES N.º 08/2013

Assunto: Necessidade de indicação da pressão atmosférica na calibração de micropipetas

Destinatários: Laboratórios de calibração acreditados e avaliadores do sector

Data de emissão: 26-06-2013

Ex.mos Senhores,

Uma comparação chave recente ([BIPM CCM.FF.K4.2.2011](#)) relevou a importância da pressão atmosférica na calibração de micropipetas.

Dado a potencial diversidade de clientes, e das suas circunstâncias, das calibrações em causa, foi considerado necessário, após auscultação de avaliadores e peritos técnicos do sector, que os certificados de calibração (de micropipetas) indiquem a pressão atmosférica a que foi realizada cada calibração.

Dado que se trata de uma matéria de operacionalização simples, define-se um período de transição de um mês para a implementação daquela disposição a qual será objeto de acompanhamento nas próximas avaliações presenciais do IPAC.

Com os melhores cumprimentos,

Paulo Tavares
Vice-Presidente